

Werkskalibrierschein Nr.

Factory calibration certificate no. **xxxxxxx**

Hiermit bestätigen wir, dass untenstehend genanntes Messsystem unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem kalibriert wurde.

Hereby we confirm that the below mentioned measuring system was calibrated in compliance with a quality management system, which has been certified by DIN EN ISO 9001:2015

Stegener Str. 10
79199 Kirchzarten

Tel: +49 7661 3963-0

www.halstrup-walcher.de
info@halstrup-walcher.de

Prüfling / Device under Test

Hersteller / Manufacturer	halstrup-walcher GmbH
Produkt / Product	P26
Messbereich / Measurement range	0 ... 500 Pa
Ausgang / Output	0 ... 10V
Anzeige / Display	LCD
Messgenauigkeit / Meas. accuracy	±0,5%
Seriennummer / Serial no.	xxxx.xxxx XXxx xxxx
Kunden Prod. ID / Customer prod. ID	

Prüftemperatur /
Testing temperature: 22°C / 71,6°F
Druckmedium /
Pressure medium: Luft / Air

Referenz / Test standard

Spannungs-, Strommessgerät / Voltmeter, amperemeter

Hersteller / Manufacturer	Mensor	Agilent
Produkt / Product	CPC6000	34970A
Messbereich / Measurement range	-15...15 hPa	100 VDC
Messgenauigkeit / Meas. accuracy	0,003 hPa	0,0045% of read. + 0,0006% of range
Auflösung / Resolution	0,0001 hPa	1 mV (5½-stellig / 5½ digits)
Seriennummer / Serial no.	621151-2	MY58002210
Kalibrierschein / Calibration certificate	5661422	1-15388874093-1

Referenzgeräte auf nationale Normale rückführbar / Reference standards traceable to national standards

Der Prüfling erfüllt die zugesagten technischen Spezifikationen / The specimen meets the promised technical specifications

Prüfdruck / Test pressure	Sollwert / Set value	Istwert / Actual value	Abweichung / Deviation
[Pa]	[V]	[V]	[V]
0,00	0,000	0,005	0,005
125,00	2,500	2,514	0,014
250,00	5,000	5,015	0,015
375,00	7,500	7,514	0,014
500,00	10,000	9,986	-0,014
500,00	10,000	9,978	-0,022
375,00	7,500	7,502	0,002
250,00	5,000	5,006	0,006
125,00	2,500	2,513	0,013
0,00	0,000	-0,004	-0,004
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Kirchzarten, 18.07.2025
F-FE-127.xls / Vers. I



(i.A. Max Mustermann)

Geschäftsführer / Managing directors:
Jürgen Walcher, Christian Sura,
Theodor Edelmann, Verena Naranjo Rodriguez

Handelsregister Freiburg / Register Court of Freiburg
HRB / Register of Companies: HRB 2209
UST-ID-Nr. / VAT ID: DE 811169901